



Миллиамперметр, амперметр и вольтметр Э377

ПАСПОРТ

1. Основные технические данные и характеристики

1.1. Основные технические данные и характеристики прибора приведены в таблице.

Наименование и обозначение прибора	Номер прибора	Частота, Гц	Основная по- грешность по- перегрузоч- ным амперам трет в пере- грузочной части шкалы, %	Класс точности
Миллиамперметр Э377				
Амперметр Э377	175456	50		
Амперметр перегру- зочный Э377				
Вольтметр Э377				

1.2. Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в приложении.

2. Комплект поставки

- 2.1. Прибор — 1 шт.
- 2.2. Крепежные скобы — 2 шт.
- 2.3. Паспорт — 1 экз.
- 2.4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации на партию приборов, поставляемых в один почтовый адрес — 1 экз.
- 2.5. Калиброванные провода для вольтметров 0,5; 1,0; 1,5 и 3 В — 1 пара.
- 2.6. Комплект крепежных деталей для токоведущих стержней — 1 шт.

3. Свидетельство о приемке

Прибор, заводской номер 175456, соответствует ТУ 25-04-1058-76 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 31.05.17

г.



Контролер ОТК

[Signature]
подпись

4. Гарантийные обязательства

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения устанавливается

6 месяцев с момента изготовления; гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4.2. Дата ввода в эксплуатацию

подпись

5. Сведения о рекламациях

В случае потери изделием работоспособности или снижения показателей качества ниже установленных норм при условии соблюдения требований раздела „Гарантийные обязательства“ потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и направляет по адресу:

Приложение

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты				Масса в изд., г	Масса в изд., г	Примечание	Конечное значение диапазона измерений
		обозначение	КОЛ-ВО	КОЛ-ВО	КОЛ-ВО				
Платина Растяжка	5.443.568-5	6.700.728.44 6.700.731.0	1	1	1	0,0015	0,0018 0,002		150—300— 600 В, 36 В
		6.700.728.41	1	1	1	0,0021	0,0021 0,002		450; 600 В, 3,5; 7,5; 12,5; 17,5; 40; 125; 250, 450 кВ
	5.443.579.000	6.700.735.110	1	1	1	0,0021	0,0021 0,002		1; 2; 3; 5; 10 А — 500 Гц
		6.700.728.53	1	1	1	0,0021	0,0021 0,002		1; 2; 3; 5; 10 А—500 Гц 1; 2; 3; 5; 10 А—1000 Гц

Продолжение

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты		Масса 1 шт., г	Масса в наб., г	Номер акта	Примечание
		обозначение	колич.	колич. в наб.			
Платина Растяжка	5.443.568.1, 3, 5	6.700.728, 1, 2, 12, 13, 15, 16, 17	1	1	0,0020	0,0020	15; 2; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 150; 250; 500; 750 мА
	5.023.006.7, 15	3.314.033.41, 49	1	1	0,0180	0,0180	600 В, 500 Гц и 1000 Гц
Серебро Конденсатор КСО-5	5.023.006.13, 16	3.314.033.47, 50	1	1	0,0259	0,0259	250 В 200 и 1000 Гц
	5.023.006.5, 6, 14	3.314.033.39, 40, 45	1	1	0,3110	0,3110	250; 500 В, 500 Гц, 500 В 1000 Гц
Резистор МЛТ-2	5.023.006.12	3.314.033.46	1	1	0,0650	0,0650	150В 1000Гц
	5.023.006.4	3.314.033.38	1	1	0,070	0,070	150 В 500 Гц
	5.023.006.1-16	3.314.033.35-50	1	1	0,0087	0,0087	Вольтметры
					0,01		

Продолжение

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса 1 шт., г	Масса в шт., г	Номер акта	Примечание	Конечное значение диапазона измерений
		обозначение	колич.	колич. в шт.					
Растяжка	5.443.568-3,7	6.700.728-18, 22, 88	1	1	0,0021	0,0021			1; 2; 3; 1,5-3-7,5-15; 30-75-150; 30; 75; 100; 150; 200; 300 А-500 и 1000 Гц
		6.700.730.1, 2, 8				0,002			0,2-1-6; 0,6-3-20; 1-5-30; 5; 20 А-500 и 1000 Гц
	5.443.568-9	6.700.728.29	1	1	0,0025	0,0025			6-20-200; 4-20-100; 10-50-300 А
	5.443.568.11.13	6.700.730.3, 7, 13	1	1	0,0030	0,0030			50 А
	5.443.568.15	6.700.728.90	1	1	0,0035	0,0035			
						0,004			